

EZ Test

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 高圧蒸気滅菌

菌数 1.0~5.0 x	製品番号	包装	備考
Log 5	EZS/525	25本/箱	
Log 5	EZS/5	100本/箱	
Log 6	EZS/625	25本/箱	
Log 6	EZS/6	100本/箱	



Bacillus atrophaeus (ATCC#9372) EtOガス滅菌

菌数 1.0~5.0 x	製品番号	包装	備考
Log 6	EZG/625	25本/箱	
Log 6	EZG/6	100本/箱	



Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 酸化プロピレン滅菌

菌数 1.0~5.0 x	製品番号	包装	備考
Log 5	EZP/5	100本/箱	



Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953) 過酸化水素低温プラズマ

菌数 1.0~4.0 x	製品番号	包装	備考
Log 5	EZH/5	100本/箱	
Log 6	EZH/6	100本/箱	

医療機器を米国で販売する為の承認 FDA 510(k)を取得しており
英文の説明書に24時間及び48時間培養が可能と記載されておりますが、
医療施設様以外の施設で、滅菌保証を取得するためには、24時間毎に
観察し7日間培養をして下さい。

価格表に無い商品に付きましては、別途ご相談に応じます。

レーベン・ジャパン株式会社 ホームページ アドレス : <http://raven-japan.jp/>