

Apex Products

過酸化水素ガス滅菌

ステンレス型 Stainless Steel

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#12980)

| 菌数 | 製品番号 | 1次包装 | 包装 |
|-----------|---------|-------|--------|
| 1.0~3.0 x | | | |
| Log 6 | HMV-091 | Tyvek | 100枚/袋 |
| Log 4 | KCD-404 | Tyvek | 100枚/袋 |



Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953)

| 菌数 | 製品番号 | 1次包装 | 包装 |
|-----------|---------|-------|------|
| 1.0~3.0 x | | | |
| Log 6 | NAS-152 | Tyvek | 100枚 |

Bacillus atrophaeus (ATCC#9372)

| 菌数 | 製品番号 | 1次包装 | 包装 |
|-----------|---------|-------|------|
| 1.0~3.0 x | | | |
| Log 6 | GRS-090 | Tyvek | 100枚 |

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#12980)

| 菌数 | 製品番号 | 1次包装 | 包装 | 備考 |
|-------------------------|---------|-------|---------|---|
| 1.0~3.0 x | | | | |
| Log 4 Log 5 Log 6 | LOG-456 | Tyvek | 50枚/セット | 同一バッチの菌体 Log 4 Log 5 Log 6 を付着させた各ステンレス ディスク(3枚)を1包装(3枚/1パック)にした製品です。 |

サスペンション型 Spore Suspension

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#12980)

| 菌数 | 製品番号 | 1次包装 | 包装 |
|-------------|---------|-----------|----|
| 1.0~3.0 x | | | |
| Log 7/0.1mm | LAU-196 | 10ml vial | 1本 |



Geobacillus stearothermophilus (ATCC#7953)

| 菌数 | 製品番号 | 1次包装 | 包装 |
|-------------|---------|-----------|----|
| 1.0~3.0 x | | | |
| Log 7/0.1mm | LPT-606 | 10ml vial | 1本 |

リボン型 Stainless Ribbon

Geobacillus stearothermophilus (ATCC#12980)

| 菌数 | 製品番号 | 1次包装 | 包装 |
|-----------|---------|-------|------|
| 1.0~3.0 x | | | |
| Log 6 | SBC-327 | Tyvek | 100枚 |



Apex 専用液体培地

| 製品番号 | 試験管寸法 | 培地容量 | 包装 | 備考 |
|--------|----------|-----------|--------|----|
| PM/100 | 16x100mm | 3.6±0.2ml | 100本/箱 | |